

## 宇多野病院

ID0700 [01\_薬剤部 倉庫 (室温 / 冷蔵庫)]

2019/10

	温度(°c)			外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	最低	平均	最高	
1日	18.4	20.0	21.5	3.6	5.3	<b>10.7</b>	※1
2日	18.1	19.6	20.7	4.8	5.7	6.6	
3日	18.3	19.4	20.1	3.6	5.2	7.1	
4日	18.9	19.5	20.0	3.8	4.5	5.4	
5日	18.1	19.6	20.2	3.8	4.5	5.4	
6日	18.3	19.5	20.3	3.8	4.5	5.4	
7日	18.9	19.6	20.4	3.8	4.5	5.3	
8日	18.7	19.6	20.1	3.8	4.5	5.3	
9日	18.7	19.7	20.1	<b>3.2</b>	4.3	5.7	
10日	18.4	20.3	21.2	<b>3.2</b>	4.5	5.8	
11日	17.8	19.8	22.3	3.7	4.7	5.5	
12日	20.7	21.3	21.6	4.0	4.7	5.5	
13日	<b>17.7</b>	20.3	21.3	4.0	4.7	5.5	
14日	18.0	19.5	20.7	4.0	4.7	5.5	
15日	18.5	19.8	20.8	4.0	4.8	5.6	
16日	19.9	20.4	21.1	4.4	5.1	6.0	
17日	18.1	20.6	22.6	4.2	5.2	6.0	
18日	18.0	20.3	21.4	4.2	5.1	5.8	
19日	18.3	19.8	21.2	4.5	5.1	5.8	
20日	18.3	23.2	<b>25.7</b>	4.5	5.2	6.0	
21日	21.1	24.1	25.4	4.5	5.2	5.9	
22日	20.6	20.8	21.1	4.5	5.1	5.8	
23日	20.2	21.1	22.9	4.5	5.2	6.0	
24日	21.0	21.5	22.3	4.6	5.3	6.1	
25日	18.3	20.2	21.7	4.6	5.3	6.4	
26日	18.5	19.3	20.5	4.7	5.3	6.0	
27日	18.8	19.7	20.7	4.7	5.3	6.0	
28日	19.5	20.1	21.0	4.7	5.3	6.2	
29日	18.1	20.3	22.1	4.6	5.2	7.4	
30日	18.0	19.5	21.6	4.5	5.0	5.7	
31日	18.0	19.7	22.2	4.3	5.0	5.6	
全体	<b>17.7</b>	20.3	<b>25.7</b>	<b>3.2</b>	5.0	<b>10.7</b>	

※1 扉開閉による逸脱(2回) 10/1より「06\_薬剤部 倉庫(冷蔵庫)」を冷蔵庫の主たる温度計に変更

## 宇多野病院

ID0703 [02\_薬剤部 冷蔵庫1]

2019/10

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.4	5.1	6.2	
2日	4.0	4.7	5.3	
3日	3.7	4.5	5.3	
4日	3.7	4.4	5.0	
5日	3.7	4.3	5.0	
6日	3.7	4.3	5.0	
7日	3.7	4.4	5.0	
8日	3.7	4.5	5.3	
9日	3.9	4.5	5.1	
10日	3.8	4.7	<b>6.6</b>	
11日	4.6	4.9	5.3	
12日	4.6	5.0	5.3	
13日	4.6	5.0	5.3	
14日	4.6	4.9	5.3	
15日	4.2	4.7	5.3	
16日	4.2	4.6	5.2	
17日	4.0	4.6	5.2	
18日	3.9	4.5	5.0	
19日	3.9	4.5	4.9	
20日	<b>3.5</b>	4.4	5.0	
21日	<b>3.5</b>	4.2	4.9	
22日	3.6	4.2	4.8	
23日	<b>3.5</b>	4.3	4.9	
24日	<b>3.5</b>	4.3	5.0	
25日	3.9	4.5	5.0	
26日	3.8	4.4	5.0	
27日	3.9	4.4	5.0	
28日	3.9	4.5	5.2	
29日	3.9	4.6	5.5	
30日	3.9	4.6	5.2	
31日	3.9	4.5	6.2	
全体	<b>3.5</b>	4.5	<b>6.6</b>	

## 宇多野病院

ID0704 [03\_薬剤部 冷蔵庫2]

2019/10

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.7	5.1	5.8	
2日	4.8	5.1	5.5	
3日	4.9	5.1	5.3	
4日	4.9	5.1	5.3	
5日	4.9	5.1	5.3	
6日	4.9	5.1	5.3	
7日	4.9	5.3	5.7	
8日	4.8	5.3	5.8	
9日	5.0	5.4	5.9	
10日	5.4	5.6	6.7	
11日	5.3	5.5	5.6	
12日	5.4	5.5	5.6	
13日	5.3	5.5	5.6	
14日	5.3	5.4	5.6	
15日	5.2	5.4	5.8	
16日	5.2	5.3	5.4	
17日	5.2	5.3	5.5	
18日	5.2	5.3	5.4	
19日	5.2	5.3	5.4	
20日	5.2	6.1	10.6	※1
21日	5.1	5.3	5.7	
22日	5.2	5.2	5.4	
23日	5.1	5.4	5.8	
24日	5.5	5.6	5.9	
25日	5.5	5.6	5.8	
26日	5.5	5.6	5.8	
27日	5.5	5.6	5.8	
28日	5.5	5.6	6.0	
29日	5.5	5.7	6.4	
30日	5.5	5.6	5.8	
31日	5.3	5.6	6.2	
全体	4.7	5.4	10.6	

※1 計画停電により、冷蔵庫の電源が一時的に切れたことにより、温度上昇。55分間温度逸脱(最高10.6℃)。(8.5℃以上は46分間)計画停電終了時に回復。

## 宇多野病院

ID0701 [04\_検査科 -20℃ 冷凍庫]

2019/10

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-30.3	-30.1	-29.8	
2日	-30.3	-30.1	-29.9	
3日	-30.3	-30.1	-29.6	
4日	-30.3	-30.1	-29.8	
5日	-30.3	-30.2	-30.0	
6日	-30.3	-30.2	-30.0	
7日	-30.3	-30.1	-29.8	
8日	-30.3	-30.1	-29.7	
9日	-30.3	-30.1	-29.9	
10日	-30.3	-30.1	-29.8	
11日	-30.3	-30.1	-29.8	
12日	-30.3	-30.2	-30.0	
13日	-30.3	-30.2	-30.0	
14日	-30.3	-30.2	-30.0	
15日	-30.3	-30.1	-29.7	
16日	-30.3	-30.1	-29.8	
17日	-30.2	-30.1	-29.8	
18日	-30.3	-30.1	-29.6	
19日	-30.3	-30.2	-30.0	
20日	-30.3	-29.9	-27.3	
21日	-30.3	-30.1	-29.8	
22日	-30.3	-30.2	-30.0	
23日	-30.3	-30.1	-29.8	
24日	-30.3	-30.0	-28.9	
25日	-30.2	-30.0	-29.7	
26日	-30.2	-30.1	-30.0	
27日	-30.2	-30.1	-29.9	
28日	-30.2	-30.0	-29.5	
29日	-30.2	-29.9	-29.5	
30日	-30.2	-30.0	-29.6	
31日	-30.2	-30.0	-29.6	
全体	-30.3	-30.1	-27.3	

## 宇多野病院

ID0702 [05\_検査科 -70℃ 冷凍庫]

2019/10

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-78.8	-77.2	-75.3	
2日	-78.8	-77.1	-75.3	
3日	-78.8	-77.1	-75.3	
4日	-78.8	-77.1	-75.2	
5日	-78.8	-77.1	-75.3	
6日	-78.8	-77.1	-75.3	
7日	-78.8	-77.1	-75.3	
8日	-78.8	-77.1	-75.3	
9日	-78.8	-77.1	-75.3	
10日	-78.8	-77.1	-75.3	
11日	-78.8	-77.1	-75.2	
12日	-78.8	-77.1	-75.2	
13日	-78.8	-77.1	-75.3	
14日	-78.8	-77.1	-75.2	
15日	-78.8	-77.1	-75.3	
16日	-78.9	-77.1	-75.3	
17日	-78.8	-77.1	-75.3	
18日	-78.9	-77.1	-75.1	
19日	-78.8	-77.1	-75.3	
20日	-78.8	-74.5	<b>-62.6</b>	※1
21日	-78.9	-77.1	-75.2	
22日	-78.9	-77.2	-75.3	
23日	-78.9	-77.2	-75.3	
24日	-78.9	-77.2	-75.3	
25日	-78.9	-77.2	-75.4	
26日	-78.9	-77.2	-75.4	
27日	-78.9	-77.2	-75.4	
28日	-78.9	-77.2	-75.2	
29日	<b>-79.0</b>	-77.2	-75.4	
30日	<b>-79.0</b>	-77.2	-75.4	
31日	-78.9	-77.2	-75.4	
全体	<b>-79.0</b>	-77.1	<b>-62.6</b>	

※1 計画停電により温度逸脱発生(MAX -62.6) 2回 最大72分 逸脱発生時、検体保管なし

## 宇多野病院

ID0705 [06\_薬剤部 倉庫(冷蔵庫)]

2019/10

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.1	5.2	6.5	
2日	4.2	4.9	5.8	
3日	3.9	4.8	6.2	
4日	3.9	4.3	4.9	
5日	4.0	4.3	4.7	
6日	4.0	4.3	4.7	
7日	3.9	4.3	4.7	
8日	3.9	4.3	4.7	
9日	3.9	4.4	4.9	
10日	3.9	4.4	4.9	
11日	<b>3.8</b>	4.4	4.8	
12日	4.1	4.4	4.7	
13日	4.0	4.4	4.7	
14日	4.1	4.4	4.7	
15日	4.0	4.4	4.8	
16日	4.1	4.6	5.4	
17日	4.1	4.6	5.0	
18日	4.0	4.5	4.9	
19日	4.1	4.5	4.9	
20日	4.1	4.6	5.1	
21日	4.1	4.6	4.9	
22日	4.2	4.5	4.9	
23日	4.2	4.7	5.2	
24日	4.5	4.8	5.2	
25日	4.4	4.8	5.5	
26日	4.4	4.8	5.1	
27日	4.4	4.8	5.1	
28日	4.4	4.8	5.3	
29日	4.2	4.7	<b>7.7</b>	
30日	4.2	4.5	5.0	
31日	3.9	4.5	4.9	
全体	<b>3.8</b>	4.6	<b>7.7</b>	