

宇多野病院

ID0700 [01_薬剤部 倉庫 (室温 / 冷蔵庫)]

2020/01

	温度(°c)			外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	最低	平均	最高	
1日	18.4	18.8	19.7	4.5	5.2	6.0	
2日	18.3	20.3	21.3	4.6	5.3	6.0	
3日	18.4	19.8	21.2	4.6	5.3	6.0	
4日	18.6	19.9	21.3	4.6	5.3	6.0	
5日	18.6	19.8	21.0	4.6	5.3	6.0	
6日	18.5	19.6	21.1	4.4	5.2	6.0	
7日	18.1	20.2	21.7	4.5	5.2	5.9	
8日	18.8	20.5	21.7	4.5	5.2	5.9	
9日	18.4	20.0	21.5	4.4	5.2	5.9	
10日	19.0	19.5	20.4	4.4	5.1	5.9	
11日	18.4	18.7	19.1	4.4	5.1	5.9	
12日	18.2	19.7	21.6	4.4	5.2	5.9	
13日	18.6	18.9	19.3	4.5	5.2	5.9	
14日	17.5	19.0	20.5	4.4	5.1	5.9	
15日	18.5	19.5	21.2	4.3	5.1	5.9	
16日	18.8	19.7	20.8	4.4	5.1	5.9	
17日	18.6	19.1	19.8	4.3	5.1	5.8	
18日	18.2	18.9	19.9	4.3	5.0	5.8	
19日	18.4	19.7	21.2	4.3	5.0	5.8	
20日	17.9	19.7	21.2	4.2	5.0	5.8	
21日	18.3	19.2	21.2	4.2	5.0	5.7	
22日	17.7	18.8	21.2	4.2	4.9	6.2	
23日	18.6	19.7	21.6	4.2	5.0	5.7	
24日	18.6	19.3	19.9	4.2	5.0	5.7	
25日	18.1	19.0	21.1	4.2	4.9	5.6	
26日	18.6	19.6	21.2	4.3	5.0	5.7	
27日	17.8	19.3	20.5	4.3	5.0	5.7	
28日	18.6	19.7	21.3	4.3	5.0	5.7	
29日	18.5	19.7	21.6	4.3	5.0	5.7	
30日	18.4	19.4	21.1	4.3	4.9	6.1	
31日	18.3	19.0	20.2	4.3	4.8	5.3	
全体	17.5	19.5	21.7	4.2	5.1	6.2	

2020年1月30日 15時:校正済み温度計と交換

宇多野病院

ID0703 [02_薬剤部 冷蔵庫1]

2020/01

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.4	4.8	5.2	
2日	4.4	4.8	5.2	
3日	4.4	4.8	5.2	
4日	4.4	4.8	5.2	
5日	4.4	4.8	5.2	
6日	4.4	5.0	5.5	
7日	4.6	5.0	5.5	
8日	4.6	5.0	5.6	
9日	4.2	4.9	5.6	
10日	4.3	4.7	5.2	
11日	4.2	4.7	5.2	
12日	4.1	4.7	5.2	
13日	4.2	4.7	5.2	
14日	4.2	4.8	5.4	
15日	3.6	4.6	5.3	
16日	3.5	4.1	4.7	
17日	3.6	4.2	4.7	
18日	3.6	4.2	4.7	
19日	3.4	4.1	4.7	
20日	3.4	4.1	4.9	
21日	3.5	4.3	5.2	
22日	3.7	4.3	5.0	
23日	3.7	4.3	5.0	
24日	3.7	4.3	4.9	
25日	3.7	4.3	4.9	
26日	3.8	4.3	4.9	
27日	3.6	4.3	5.1	
28日	3.5	4.9	5.7	
29日	5.0	5.3	5.7	
30日	3.9	5.0	6.1	
31日	4.0	4.6	5.2	
全体	3.4	4.6	6.1	

2020年1月30日 15時:校正済み温度計と交換

宇多野病院

ID0704 [03_薬剤部 冷蔵庫2]

2020/01

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	5.2	5.3	5.5	
2日	5.2	5.3	5.5	
3日	5.2	5.3	5.5	
4日	5.2	5.3	5.5	
5日	5.2	5.3	5.4	
6日	5.2	5.5	5.9	
7日	5.5	5.6	5.8	
8日	5.2	5.5	5.8	
9日	4.9	5.4	5.6	
10日	5.3	5.4	5.6	
11日	5.3	5.4	5.6	
12日	5.3	5.5	5.7	
13日	5.3	5.4	5.6	
14日	4.8	5.2	5.8	
15日	4.6	5.1	5.6	
16日	5.3	5.4	5.6	
17日	5.3	5.4	5.8	
18日	5.3	5.4	5.5	
19日	5.3	5.4	5.5	
20日	5.3	5.4	5.5	
21日	5.3	5.5	5.7	
22日	5.4	5.5	5.7	
23日	5.5	5.6	5.7	
24日	5.4	5.6	5.7	
25日	5.4	5.5	5.7	
26日	5.5	5.6	5.7	
27日	5.4	5.6	5.7	
28日	4.9	5.3	5.7	
29日	4.9	5.4	5.8	
30日	5.4	5.6	6.1	
31日	5.4	5.5	5.7	
全体	4.6	5.4	6.1	

2020年1月30日 15時:校正済み温度計と交換

宇多野病院

ID0701 [04_検査科 -20℃ 冷凍庫]

2020/01

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-30.1	-30.0	-29.8	
2日	-30.1	-29.9	-29.7	
3日	-30.1	-30.0	-29.8	
4日	-30.1	-29.9	-29.7	
5日	-30.1	-29.9	-29.6	
6日	-30.1	-29.9	-29.5	
7日	-30.1	-29.9	-29.5	
8日	-30.2	-29.9	-28.7	
9日	-30.2	-30.0	-29.7	
10日	-30.2	-30.0	-29.8	
11日	-30.2	-30.0	-29.8	
12日	-30.2	-30.1	-29.9	
13日	-30.2	-30.0	-29.8	
14日	-30.2	-30.0	-29.4	
15日	-30.2	-30.0	-29.7	
16日	-30.2	-30.1	-29.8	
17日	-30.2	-30.0	-29.8	
18日	-30.2	-30.1	-30.0	
19日	-30.2	-30.1	-29.9	
20日	-30.2	-30.0	-29.6	
21日	-30.2	-30.1	-29.6	
22日	-30.2	-30.1	-29.8	
23日	-30.3	-30.1	-29.9	
24日	-30.3	-30.1	-29.7	
25日	-30.2	-30.1	-30.0	
26日	-30.2	-30.1	-29.9	
27日	-30.2	-30.1	-29.8	
28日	-30.2	-30.0	-29.8	
29日	-30.2	-30.0	-29.8	
30日	-30.2	-30.0	-29.3	
31日	-30.0	-29.8	-29.5	
全体	-30.3	-30.0	-28.7	

2020年1月30日 15時:校正済み温度計と交換

宇多野病院

ID0702 [05_検査科 -70℃ 冷凍庫]

2020/01

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-79.1	-77.2	-75.5	
2日	-79.1	-77.2	-75.5	
3日	-79.0	-77.2	-75.5	
4日	-79.0	-77.2	-75.5	
5日	-79.1	-77.2	-75.5	
6日	-79.1	-77.2	-75.5	
7日	-79.0	-77.2	-75.1	
8日	-79.0	-77.2	-75.4	
9日	-79.0	-77.2	-75.3	
10日	-79.0	-77.3	-75.1	
11日	-79.1	-77.5	-75.9	
12日	-79.1	-77.5	-75.9	
13日	-79.2	-77.5	-75.9	
14日	-79.2	-77.5	-75.8	
15日	-79.1	-77.5	-75.9	
16日	-79.1	-77.5	-75.9	
17日	-79.1	-77.5	-75.9	
18日	-79.1	-77.5	-75.9	
19日	-79.1	-77.5	-76.0	
20日	-79.1	-77.5	-76.0	
21日	-79.1	-77.5	-75.7	
22日	-79.1	-77.5	-76.0	
23日	-79.0	-77.5	-76.0	
24日	-79.0	-77.5	-76.0	
25日	-79.0	-77.5	-76.0	
26日	-79.1	-77.6	-76.0	
27日	-79.1	-77.6	-76.0	
28日	-79.0	-77.5	-75.7	
29日	-79.0	-77.5	-75.8	
30日	-79.2	-77.5	-75.1	
31日	-79.2	-77.8	-76.3	
全体	-79.2	-77.4	-75.1	

2020年1月30日 15時:校正済み温度計と交換

宇多野病院

ID0705 [06_薬剤部 倉庫(冷蔵庫)]

2020/01

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.3	4.7	5.2	
2日	4.3	4.8	5.2	
3日	4.3	4.8	5.2	
4日	4.3	4.8	5.2	
5日	4.3	4.8	5.2	
6日	4.1	4.7	5.2	
7日	4.2	4.6	5.1	
8日	4.2	4.7	5.2	
9日	4.2	4.6	5.1	
10日	4.2	4.6	5.1	
11日	4.2	4.6	5.1	
12日	4.2	4.7	5.1	
13日	4.2	4.6	5.1	
14日	4.1	4.6	5.1	
15日	4.1	4.6	5.1	
16日	4.1	4.6	5.0	
17日	4.1	4.5	5.0	
18日	4.0	4.5	5.0	
19日	4.0	4.5	5.0	
20日	4.0	4.5	5.0	
21日	4.0	4.5	5.0	
22日	4.0	4.5	5.3	
23日	4.0	4.5	5.0	
24日	4.0	4.5	5.0	
25日	4.0	4.5	4.9	
26日	4.0	4.5	4.9	
27日	4.0	4.5	4.9	
28日	4.0	4.5	4.9	
29日	4.0	4.5	5.0	
30日	4.0	4.5	5.6	
31日	4.1	4.6	5.0	
全体	4.0	4.6	5.6	

2020年1月30日 15時:校正済み温度計と交換