



発行日 2021年12月7日
発行番号 C211117-B06
管理ID 0702


校正証明書

品名	温度計
製品名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シリアル番号	02950017
校正項目	温度
校正年月日	2021年11月16日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2021年12月7日
発行番号 T211117-B06
管理ID 0702

試験成績書

品名 温度計
製品名 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シリアル番号 02950017
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24°C±5°C、湿度 33%±5%
校正年月日 2021年11月16日

温度校正結果

試験温度(°C)	計器指示値(°C)	器差(°C)
+5.0	+5.0	0.0
-80.0	-79.8	+0.2

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。



湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(°C)
---	---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	RF-100	---
シリアル番号	D21065012	---
校正日	2021年2月11日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

