ID0700 [01_薬剤部 倉庫 (冷蔵庫/ 室温)]

	温度(°c)		外任	外付け温度(°c)			
	最低	平均	最高	最低	平均	最高	
1日	3.5	4.2	4.8	21.4	22.4	24.3	
2日	3.6	4.2	4.9	21.6	23.7	24.8	
3日	3.5	4.2	5.1	21.6	22.9	24.4	
4日	3.6	4.2	5.0	21.5	22.9	24.2	
5日	3.6	4.2	4.9	21.7	22.9	24.0	
6日	3.6	4.2	4.9	21.8	22.8	24.2	
7日	3.6	4.2	5.0	21.2	22.9	24.1	
8日	3.5	4.2	4.9	21.3	22.4	23.5	
9日	3.5	4.2	5.1	21.8	22.9	24.1	
10日	3.5	4.2	4.9	21.6	23.3	24.5	
11日	3.5	4.2	4.9	21.6	22.6	24.1	
12日	3.5	4.2	4.9	21.6	22.8	24.1	
13日	3.6	4.2	4.9	21.4	22.7	24.3	
14日	3.6	4.2	5.0	21.2	22.0	22.9	
15日	3.6	4.2	4.9	21.7	22.3	23.0	
16日	3.6	4.2	4.9	21.6	22.6	23.7	
17日	3.5	4.2	5.2	21.4	22.6	23.6	
18日	3.5	4.2	4.9	21.6	22.7	24.0	
19日	3.5	4.2	4.9	22.0	23.2	24.0	
20日	3.5	4.2	4.9	22.3	23.3	24.0	
21日	3.4	4.2	4.9	22.7	23.4	24.1	
22日	3.5	4.2	4.9	22.8	23.5	24.9	
23日	3.5	4.2	4.9	21.9	23.6	24.8	
24日	3.5	4.2	6.1	21.8	23.5	25.4	
25日	3.5	4.1	4.8	19.5	21.0	24.1	
26日	3.5	4.1	4.8	19.6	20.1	21.1	
27日	3.4	4.2	6.0	19.5	20.0	20.7	
28日	3.3	4.1	4.9	20.1	20.4	20.7	
29日	3.4	4.1	4.9	20.0	20.2	20.6	
30日	2.9	4.0	5.0	19.8	20.2	20.6	
全体	2.9	4.2	6.1	19.5	22.4	25.4	

ID0703 [02_薬剤部 冷蔵庫1]

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	5.3	5.5	5.7	
2日	5.4	5.5	5.7	
3日	5.3	5.6	5.9	
4日	5.6	5.8	5.9	
5日	5.6	5.8	5.9	
6日	5.7	5.8	5.9	
7日	5.6	5.8	5.9	
8日	5.6	5.8	5.9	
9日	5.7	5.8	5.9	
10日	5.7	5.8	5.9	
11日	5.7	5.8	5.9	
12日	5.7	5.8	5.9	
13日	5.6	5.8	5.9	
14日	5.5	5.7	5.8	
15日	5.4	5.5	5.7	
16日	5.4	5.5	5.7	
17日	5.4	5.5	5.6	
18日	5.4	5.5	5.6	
19日	5.3	5.5	5.6	
20日	5.4	5.5	5.6	
21日	5.4	5.5	5.6	
22日	5.4	5.5	5.6	
23日	5.4	5.5	5.6	
24日	5.4	5.5	5.6	
25日	5.3	5.5	5.9	
26日	5.3	5.5	5.6	
27日	5.2	5.4	6.6	
28日	5.2	5.3	5.5	
29日	5.2	5.3	5.4	
30日	5.2	5.3	5.4	
全体	5.2	5.6	6.6	

ID0704 [03_薬剤部 冷蔵庫2]

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.8	4.9	5.0	
2日	4.8	4.9	5.0	
3日	4.8	4.9	5.0	
4日	4.8	4.9	5.0	
5日	4.8	4.9	5.0	
6日	4.8	4.9	5.0	
7日	4.8	4.9	5.0	
8日	4.8	4.9	5.0	
9日	4.8	4.9	5.0	
10日	4.8	4.9	5.0	
11日	4.8	4.9	5.0	
12日	4.8	4.9	5.0	
13日	4.8	4.9	5.0	
14日	4.8	4.9	5.0	
15日	4.8	4.9	5.0	
16日	4.8	4.9	5.0	
17日	4.7	4.9	5.0	
18日	4.7	4.8	4.9	
19日	4.7	4.8	4.9	
20日	4.7	4.8	4.9	
21日	4.7	4.8	4.9	
22日	4.7	4.8	4.9	
23日	4.7	4.8	4.9	
24日	4.7	5.0	5.2	
25日	5.0	5.1	5.3	
26日	5.1	5.1	5.2	
27日	5.0	5.1	6.6	
28日	5.0	5.0	5.1	
29日	5.0	5.0	5.1	
30日	5.0	5.1	5.1	
全体	4.7	4.9	6.6	

ID0701 [04_検査科 -20℃ 冷凍庫]

	外付け温度 (°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-29.8	-29.3	-28.8	
2日	-30.0	-29.4	-28.8	
3日	-30.3	-29.5	-28.8	
4日	-30.8	-29.5	-29.0	
5日	-30.4	-29.5	-29.0	
6日	-30.4	-29.5	-29.0	
7日	-30.0	-29.4	-28.9	
8日	-30.0	-29.4	-28.9	
9日	-30.6	-29.6	-29.0	
10日	-30.6	-29.6	-29.0	
11日	-30.5	-29.5	-29.0	
12日	-30.4	-29.5	-29.0	
13日	-30.4	-29.5	-29.0	
14日	-30.1	-29.5	-29.0	
15日	-30.0	-29.5	-28.9	
16日	-30.3	-29.5	-29.0	
17日	-30.7	-29.6	-29.0	
18日	-30.8	-29.7	-29.0	
19日	-30.5	-29.6	-29.0	
20日	-31.0	-29.6	-28.9	
21日	-30.1	-29.5	-29.0	
22日	-30.1	-29.5	-28.9	
23日	-29.9	-29.4	-28.9	
24日	-30.9	-29.6	-29.0	
25日	-30.5	-29.6	-29.0	
26日	-30.5	-29.6	-29.0	
27日	-30.7	-29.5	-26.8	
28日	-29.9	-29.4	-28.9	
29日	-30.0	-29.4	-28.9	
30日	-30.1	-29.5	-28.9	
全体	-31.0	-29.5	-26.8	

ID0702 [05_検査科 -70℃ 冷凍庫]

	外任	備考		
	最低	平均	最高	
1日	-78.4	-77.6	-76.4	
2日	-78.4	-77.7	-76.4	
3日	-78.5	-77.6	-76.4	
4日	-78.4	-77.6	-76.4	
5日	-78.4	-77.6	-76.4	
6日	-78.5	-77.7	-76.4	
7日	-78.5	-78.1	-76.5	
8日	-78.6	-78.1	-76.6	
9日	-78.5	-77.9	-76.4	
10日	-78.6	-78.0	-76.4	
11日	-78.7	-78.0	-76.4	
12日	-78.7	-78.1	-76.4	
13日	-78.7	-78.2	-76.4	
14日	-78.6	-78.3	-76.6	
15日	-78.6	-78.0	-76.5	
16日	-78.6	-78.1	-76.6	
17日	-78.6	-78.0	-76.5	
18日	-78.6	-78.0	-76.5	
19日	-78.5	-77.9	-76.5	
20日	-78.6	-78.0	-76.4	
21日	-78.5	-78.1	-76.5	
22日	-78.5	-77.8	-76.4	
23日	-78.4	-77.6	-76.3	
24日	-78.4	-77.6	-76.3	
25日	-78.4	-77.6	-76.3	
26日	-78.5	-77.7	-76.3	
27日	-78.9	-77.5	-74.8	
28日	-77.4	-76.9	-74.8	
29日	-77.5	-76.9	-74.8	
30日	-77.4	-76.5	-74.7	
全体	-78.9	-77.8	-74.7	

ID0705 [06_薬剤部 恒温槽]

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	19.9	19.9	20.0	
2日	19.9	19.9	20.0	
3日	19.9	19.9	20.0	
4日	19.9	19.9	20.0	
5日	19.9	19.9	20.0	
6日	19.9	19.9	20.0	
7日	19.9	19.9	20.0	
8日	19.9	19.9	20.0	
9日	19.9	19.9	20.0	
10日	19.9	19.9	20.0	
11日	19.9	19.9	20.0	
12日	19.9	19.9	20.0	
13日	19.9	19.9	20.0	
14日	19.9	19.9	20.0	
15日	19.9	19.9	20.0	
16日	19.9	19.9	20.0	
17日	19.9	19.9	20.0	
18日	19.9	19.9	20.0	
19日	19.9	19.9	20.0	
20日	19.9	19.9	20.0	
21日	19.9	19.9	20.0	
22日	19.9	19.9	20.0	
23日	19.9	19.9	20.0	
24日	19.9	19.9	20.0	
25日	19.9	19.9	19.9	
26日	19.9	19.9	20.0	
27日	19.9	19.9	20.4	
28日	19.8	19.9	19.9	
29日	19.8	19.9	19.9	
30日	19.8	19.9	19.9	
全体	19.8	19.9	20.4	

ID0706 [薬剤部 恒温槽2(貸与)]

	温度(°c)			
·	最低	平均	最高	
1日	20.8	21.2	21.5	
2日	20.8	21.2	21.5	
3日	20.8	21.2	21.5	
4日	20.8	21.1	21.5	
5日	20.8	21.1	21.5	
6日	20.8	21.1	21.5	
7日	20.8	21.1	21.4	
8日	20.8	21.1	21.5	
9日	20.8	21.1	21.4	
10日	20.8	21.1	21.5	
11日	20.8	21.1	21.5	
12日	20.8	21.1	21.5	
13日	20.8	21.1	21.5	
14日	20.8	21.1	21.5	
15日	20.8	21.1	21.5	
16日	20.8	21.1	21.4	
17日	20.8	21.1	21.5	
18日	20.8	21.1	21.5	
19日	20.8	21.1	21.4	
20日	20.8	21.1	21.5	
21日	20.8	21.1	21.5	
22日	20.8	21.1	21.5	
23日	20.8	21.1	21.4	
24日	20.5	21.1	21.5	
25日	20.5	21.1	21.5	
26日	20.5	21.1	21.5	
27日	20.5	21.1	21.6	
28日	20.5	21.1	21.5	
29日	20.5	21.1	21.5	
30日	20.5	21.1	21.5	
全体	20.5	21.1	21.6	