



発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-B04

管理ID 0701


## 校正証明書

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 品名     | 温度計                     |
| 製品名    | OnDoll-Sensor(外付け温度センサ) |
| シリアル番号 | 06540183                |
| 校正項目   | 温度                      |
| 校正年月日  | 2025年8月21日              |

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。  
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日  
発行番号 T250821-B04  
管理ID 0701

## 試験成績書

品名 温度計  
製品名 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ)  
シリアル番号 06540183  
校正項目 温度  
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%  
校正年月日 2025年8月21日

### 温度校正結果

| 試験温度(℃) | 計器指示値(℃) | 器差(℃) |
|---------|----------|-------|
| +5.0    | +5.1     | +0.1  |
| -20.0   | -20.1    | -0.1  |

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

### 湿度校正結果

| 試験湿度(%RH) | 計器指示値(%RH) | 器差(%) |
|-----------|------------|-------|
| ---       | ---        | ---   |

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

### 校正に使用した標準器

|        |                                |     |
|--------|--------------------------------|-----|
| 品名     | 高精度温度計                         | --- |
| 型式     | ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER | --- |
| シリアル番号 | D25135261                      | --- |
| 校正日    | 2025年4月2日                      | --- |

|    |     |
|----|-----|
| 承認 | 校正者 |
|    |     |

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐山ビル

株式会社コンピューテック

