



発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-B05

管理ID 0702


## 校正証明書

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 品名     | 温度計                          |
| 製品名    | OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01) |
| シリアル番号 | 08550132                     |
| 校正項目   | 温度                           |
| 校正年月日  | 2025年8月21日                   |

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。  
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピュータテクノス





発行日 2025年9月1日  
発行番号 T250821-B05  
管理ID 0702

## 試験成績書

品名 温度計  
製品名 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)  
シリアル番号 08550132  
校正項目 温度  
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%  
校正年月日 2025年8月21日

### 温度校正結果

| 試験温度(℃) | 計器指示値(℃) | 器差(℃) |
|---------|----------|-------|
| +5.0    | +4.9     | -0.1  |
| -80.0   | -80.0    | 0.0   |

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

### 湿度校正結果

| 試験湿度(%RH) | 計器指示値(%RH) | 器差(%) |
|-----------|------------|-------|
| ---       | ---        | ---   |

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

### 校正に使用した標準器

|        |                                |     |
|--------|--------------------------------|-----|
| 品名     | 高精度温度計                         | --- |
| 型式     | ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER | --- |
| シリアル番号 | D25135261                      | --- |
| 校正日    | 2025年4月2日                      | --- |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 承認                                                                                  | 校正者                                                                                  |
|  |  |

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐場ビル

株式会社コンピューテック

